

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРОК СИ

Сведения о результатах поверки СИ

Регистрационный номер типа СИ	36891-17
Тип СИ	CenterMax
Наименование типа СИ	Машины координатные измерительные
Заводской номер СИ	145421060001
Модификация СИ	Нет модификации

Сведения о поверке

Наименование организации-поверителя	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПРОГРЕСС-М" (ООО "АВТОПРОГРЕСС-М")
Условный шифр знака поверки	АЦМ
Владелец СИ	-
Тип поверки	Периодическая
Дата поверки СИ	12.12.2022
Поверка действительна до	11.12.2023
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка	МП №203-15-2016
СИ пригодно	Да
Номер свидетельства	С-АЦМ/12-12-2022/208361404
Знак поверки в паспорте	Нет
Знак поверки на СИ	Нет

Средства поверки

Средства измерений, применяемые в качестве эталона

[9291.91.3P.00130970; 9291-91; Меры длины концевые плоскопараллельные; 240101, 240111, 240121, 240131, 240211, 240221, 240231, 240301, 240311, 240321, 240331, 240401, 240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 244311, 244411, 244421, 244431, 244511, 244521, 244531; меры длины концевые плоскопараллельные, набор № 9, модель 240411; А-8717; 1992; 3P; Эталон 3-го разряда; Приказ Росстандарта от 29.12.2018 № 2840 и классу точности 2 по ГОСТ 9038-90](#)

Доп. сведения

Поверка в сокращенном объеме

Нет

Закреть

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
e-mail: fgis2@rst.gov.ru